

<特記事項>MRI-2

- ・MRI装置は、〇〇〇〇〇〇株式会社の△△△△△△△△に適合する。
建築構造物と電波シールド間の絶縁抵抗は100Ω以上とする。
- ・性能条件
 - a)電波シールド性能・・・15MHz～128MHzの周波数帯にて××以上の減衰とする。
 - b)磁気シールド性能・・・MRI室外への漏洩磁場を5G以下とする。
但し、建具やフィルターなどの開口部は除く。

珪素鋼板 各面 0.5mm×※層

	A面(一部)	B面	C面(一部)	D面(一部)	床面(一部)	天井面
層数(枚)	4	なし	4	12	8	なし
厚さ(m/m)	2	なし	2	6	4	なし

電気総合図凡例

記号	名称
○	壁付コンセント
●	壁付TELモジュラージャック
○	空配管
○	照明器具 壁付
○	照明器具 壁付

